06-2021

SÖHNGEN® Wandklappliegen

Stationäre Sanitätsliegen zur kranken- oder behindertengerechten Lagerung oder zur Behandlung von Personen. Raumsparend an die Wand klappbar.

1. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Allgemein:
SÖHNGEN® Wandklappliegen sind mit einem unkomplizierten Mechanismus ausgestattet, der es ermöglicht, auch in kleinen Räumen Sanitätsliegen platzsparend und gut gesichert gegen die Wand geklappt, bereitzuhalten.

Wird die Sanitätsliege benötigt, klappen Sie einfach die Beine aus, lösen die Sicherung, und senken die Liege ab - die SÖHNGEN® Wandklappliege ist einsatzbereit. Nach Gebrauch einfach Liegefläche gegen die Wand lehnen, Sicherungshebel umlegen, die Beine wieder einklappen und schon gibt es wieder mehr Platz.

Die Klapp- und Haltevorrichtung der Liegen besteht jeweils aus einem Paar Befestigungswinkeln aus Stahlblech weiß mit Drehzylinder und Sicherungshebel sowie Schrauben und Dübeln. Die Klapp-/Haltevorrichtung wird wahlweise an der rechten oder linken Längsseite der Liege angebracht und entsprechend der Liegenhöhe fest mit der Wand verschraubt.

Ausführung
Wandklapp-Ruheraumliege:
Liegefläche 2.000 x 700 mm, mit 40 mm dickem Qualitäts-Schaumstoffblock, 500 mm hoch, Kopfteil mehrstufig verstellbar, Liegeteil starr oder mit mehrstufiger Verstellmöglichkeit. Trägerplatte ca. 22 mm stark, hochbelastbar, mit Belüftungsbohrungen.

Polsterbezug aus gewebeverstärktem Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend.

Rahmengestell aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet. Beine jeweils einklappbar. Papierrollenhalterung/Abrollvorrichtung für Ärztekrepp im Rahmengestell integriert.

Ausführung
Wandklapp-Untersuchungs- und Massageliege:
Liegefläche 2.000 x 700 mm, mit 40 mm dickem Qualitäts-Schaumstoffblock, 650 mm hoch, Kopfteil mehrstufig verstellbar, Liegeteil starr oder mit mehrstufiger Verstellmöglichkeit. Trägerplatte ca. 22 mm stark, hochbelastbar, mit Belüftungsbohrungen.

Polsterbezug aus gewebeverstärktem Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend.

Rahmengestell aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet. Beine jeweils einklappbar. Papierrollenhalterung/Abrollvorrichtung für Ärztekrepp im Rahmengestell integriert.

2. ZWECKBESTIMMUNG

SÖHNGEN® Wandklappliegen sind zur kranken- oder behindertengerechten Lagerung oder zur Behandlung von Personen vorgesehen. Die stationären Liegen dienen zum professionellen Einsatz, vorzugsweise in Sanitäts- und Ruheräumen von Industrie- und Verwaltungsbetrieben, in Sportstätten, in Arztpraxen und Praxen der Heilberufe. Durch die raumsparende Wandklappfunktion auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Gebrauch und Anwendung der Liege unter ungeeigneten Bedingungen wie beispielsweise:

- Anwendung durch nicht qualifiziertes Personal
- Lagerung von Patienten, die entsprechend ärztlicher Anweisung nicht gelagert werden dürfen
- mangelnde Einhaltung der der Sicherheit dienenden Normen/Verfahren durch die Bediener
- die Anbringung von Vorrichtungen, die mit der Arbeitsweise der Sanitätsliege interferieren können
- nicht autorisierte Modifizierungen oder Reparaturen
- mangelndes Einhalten der Anweisungen aus dieser Informationsschrift

3. INBETRIEBNAHME

Die Lieferung der SÖHNGEN® Sanitätsliegen erfolgt in zusammengelegtem Zustand. Zum Aufbau der Sanitätsliegen beachten Sie bitte folgende Reihenfolge und Hinweise.

Aufbauanleitung SÖHNGEN® Sanitätsliegen mit Stahlrohr-Rahmen:

Nehmen Sie die Sanitätsliege aus der Verpackung. Legen Sie die Liege zunächst mit der Polsterfläche auf den Boden, das eingeklappte Fußgestell und die Höhenverstellvorrichtung sind sichtbar.

Höhenverstellung Kopfteil:

Die Höhenverstellvorrichtung (Verstellraster) ist bereits werksseitig montiert und mit Transportsicherungen versehen. Entfernen Sie nur noch die Transportsicherungen am Verstellraster (Sicherungsbinder aufschneiden).

Höhenverstellung Liegeteil:

Falls das von Ihnen gewählte Modell Sanitätsliege mit einer Liegeflächenverstellung ausgestattet ist, gehen Sie bitte in gleicher Weise vor wie bei der Höhenverstellung für das Kopfteil.

Fußgestell:

Die Fußteile der Sanitätsliege sind werksseitig mit dem Tragrahmen der Liegefläche an jeweils einem Punkt verschraubt; die zweite Verschraubung nehmen Sie nach dem Aufklappen der Fußteile bitte selbst vor.

Zum Aufklappen der Fußteile drehen Sie die Flügelmutter von der jeweiligen Schraube mit Fächerscheibe ab und ziehen die Schrauben ganz aus dem Tragrahmen. Klappen Sie nun die beiden Fußteile bis zum Anschlag auf. Führen Sie die Schraube durch die Bohrung im Tragrahmen und das T-Stück. Sichern Sie alles mit der Flügelmutter und ziehen Sie diese fest an.

Aufstellen:

Nun können Sie die Liege auf die Füße stellen. Halten Sie bitte den Tragrahmen und das verstellbare Kopf- bzw. Liegeteil zusammen fest, damit vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Aufklappen während des Umdrehens.

Papierrollenhalterung für Ärztekrepp:

Bei allen Modellen im Fußteil der Liege integriert. Zum Aufstecken einer Rolle Ärztekrepp nehmen Sie an einem Ende der Halterungsstange die Endkappe ab. Ziehen Sie nun die Stange so weit heraus, daß eine Rolle Ärztekrepp von innen auf die Haltestange geschoben werden kann. Stecken Sie die Papierrolle in der entsprechenden Abrollrichtung auf die Haltestange auf und führen Sie die Stange wieder durch die Bohrung im Fußteil der Liege zurück. Sichern Sie die Haltestange wieder mit der Endkappe. Ziehen Sie das Papier heraus und führen es über die Liegefläche der Sanitätsliege.

Montageanleitung
SÖHNGEN® Wandklappliegen

Zur Montage der Wandklappvorrichtung gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Stellen Sie die Liege an ihrem künftigen Platz auf (bitte achten Sie dabei auf ausreichende Wandstabilität!). Legen Sie nun die Richtung des Kopfteiles fest (rechts oder links) und schieben Sie die Liege mit etwas Abstand an die Wand.

- Nehmen Sie die Wandhalterungen zur Hand. Der Sicherungshebel (A) und die drei Befestigungsbohrungen (B) müssen jeweils nach oben, der Drehzylinder (C) muß immer nach innen und unten gerichtet sein.



- Stecken Sie die Drehzylinder der Halterung rechts und links in den wandnahen Längsholm der Sanitätsliege. Kippen Sie die Wandhalterungen nach oben und schieben Sie gleichzeitig die Liege an die Wand.

- Stellen Sie sicher, daß die Beine der Liege ganz ausgeklappt, die Wandbefestigungswinkel richtig eingesetzt sind und gut an der Wand anliegen. Markieren Sie nun die erforderlichen Bohrungen durch die Lochmarkierungen (B) an der Wand.

- Bohren Sie die Dübellöcher an den Wandmarkierungen und stecken Sie die Dübel ein. Verschrauben Sie nun die auf den Liegenholmen aufgesteckten Wandhalterungen fest mit der Wand.

- Jetzt kann die Sanitätsliege hochgeklappt werden. Legen Sie die Sicherungshebel der beiden Wandhalterungen nach innen um und sichern Sie die Liegefläche. Klappen Sie die Beine der Liege nach innen ein.



4. INSTANDHALTUNG

Ungeeignete Anwendung und mangelnde Kontrolle kann Schäden an Personen und Gegenständen verursachen.

Achtung: Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden! Das Austauschen gebrochener oder abgenutzter Originalteile gegen Ersatzteile eines anderen Herstellers kann die Funktionalität der Liege beeinflussen und führt unvermeidlich zu Gewährleistungsverlust.

4.1 Kontrollen

Überprüfen Sie die Wandklappliegen vor Inbetriebnahme und vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden und Stabilität, sowie Funktionsfähigkeit der Verstellmöglichkeiten und der Wandklappfunktion. Überprüfen Sie auch den korrekten und festen Halt der Wandbefestigungswinkel.

Sollten Fehler auftreten, ist die Liege aus dem Betrieb zu nehmen und der Kundendienst zu kontaktieren.

4.2 Reinigungsempfehlung

Reinigung der Oberflächen mit feuchtem Schwamm mittels Wasser und Neutralseife, danach gründlich abspülen und trocknen. Keine aggressiven Mittel (Bleichmittel, Ammoniak usw.) verwenden. Zur Entfernung von Flecken keine kratzenden Materialien (Bürsten, Stahlwolle, Messerklingen) einsetzen.

4.3 Desinfektionsempfehlung

Nach der Reinigung mit geeignetem Flächendesinfektionsmittel (getestet mit z. B. Incidin® Foam) nach Herstellerangaben im Sprüh-/Wischverfahren desinfizieren.

4.4 Lagerung und Aufbewahrung

Die Wandklappliege ist bei normalem Gebrauch und Umgangsbedingungen widerstandsfähig und korrodiert nicht. Sie sollte an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahrt und vor Staub und Schmutz geschützt werden.

5. GESETZE UND NORMEN

Die SÖHNGEN® Wandklappliege erfüllt die Anforderung der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.April 2017 über Medizinprodukte (MDR) und ist ein Medizinprodukt der Klasse I.

6. MARKIERUNG

Auf der Unterseite der Sanitätsliege befindet sich ein Identifizierungsschild, das alle CE-relevanten Daten enthält. Dieses Schild darf niemals abgenommen werden! Der Hersteller erkennt die Liege ohne Typenschild nicht an und die Gewährleistung verfällt.

7. ÄNDERUNGEN

Der Hersteller behält sich vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung alle als sinnvoll erachteten Änderungen technischer und/oder kommerzieller Art vorzunehmen. Die hierfür aufgeführten Daten und Informationen können daher Veränderungen und/oder Überarbeitungen unterliegen, sowie Abbildungen und Zeichnungen leichte Abweichungen zum Produkt aufweisen.

8. GEWÄHRLEISTUNG

Die SÖHNGEN® Wandklappliege wurde für einen mehrjährigen Gebrauch entwickelt und hergestellt. Sollten bei bestimmungsgemäßem Gebrauch trotzdem Funktionsstörungen innerhalb des Gewährleistungszeitraums auftreten, verpflichtet sich der Hersteller, die beschädigten Teile kostenfrei zu reparieren oder zu ersetzen, wenn die Beschädigung durch vorzeitige Abnutzung aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern verursacht wurden. Teile, deren Beschädigung aufgrund folgender Punkte hervorgerufen werden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen:

- mangelnde Befolgung der hier aufgeführten Anweisungen;
- Anwendung von Gerätschaften, die für die Reinigung oder Benutzung der Liege ungeeignet sind;
- Reparaturen oder Modifizierungen, die ohne ausdrückliche Einwilligung des Herstellers durchgeführt wurden;
- Einsatz von Nicht-Original-Ersatzteilen.

Die Gewährleistungsdauer entspricht der gesetzlichen Frist und beginnt mit der Lieferung. Die Gewährleistungszeit verlängert sich nicht durch Reparaturen. Um die Gründe von Funktionsstörungen feststellen und somit die Gewährleistung anwenden zu können, müssen die defekten Bestandteile zum Kundendienst gelangen. Reparatur- und Austauscharbeiten werden – nach Beurteilung des Herstellers – in der eigenen Werkstatt, in autorisierten Werkstätten oder vor Ort durchgeführt. Bei den vor Ort durchgeführten Arbeiten hat der Kunde Energiequellen, Gerätschaften und Hilfspersonal zu stellen.

Von der Gewährleistung sind Materialien und Bestandteile ausgeschlossen, die normaler Abnutzung unterliegen sowie Materialien und Bestandteile, deren Haltbarkeit nicht im Voraus bestimmt werden kann.

PRODUCT INFORMATION

06-2021

SÖHNGEN® Examination Couches

Examination couches for patient and disabled friendly bedding or for patient treatment.

1. TECHNICAL DETAILS

General:
SÖHNGEN® wall mounted foldable couches have a simple mechanism which allows you to install an examination couch even in small rooms. Stored safely and conveniently folded against the wall, they are ready for use.

If the examination couch is required, simply unfold the legs, undo the safety catch and fold down the couch - and your SÖHNGEN® wall mounted foldable couch is ready for use. Once you're done, simple lean the deck against the wall, turn the safety lever, fold up the legs and you will have your space back.

The folding and mounting mechanism of the couch consists of a pair of fastening brackets made from white sheet steel with a rotation cylinder and a safety lever, screws and pegs. The folding/mounting mechanism can be mounted either on the right or the left side of the couch and is fixed to the wall at deck height.



Model
Relaxation Room
Wall Mounted Foldable Couch:

2,000 x 700 mm deck surface area with a 40 mm thick quality foam block, 500 mm tall, multiple angle adjustable head rest, fixed or adjustable deck height. Deck plate approx. 22 mm thick, heavy-duty with aeration inlets.

Upholstered in reinforced leatherette, highly durable, easy care and dirt repellent.

Frame made from square steel tubing, stable and heavy-duty, finished with a white electrostatic coating. Foldable legs. Holder/dispenser for medical crepe paper integrated into the frame.

Model
Wall Mounted Foldable
Examination and Massage Couch:

2,000 x 700 mm deck surface area with a 40 mm thick quality foam block, 650 mm tall, multiple angle adjustable head rest, fixed or adjustable deck height. Deck plate approx. 22 mm thick, heavy-duty with aeration inlets.

Upholstered in reinforced leatherette, highly durable, easy care and dirt repellent.

Frame made from square steel tubing, stable and heavy-duty, finished with a white electrostatic coating. Foldable legs. Holder/dispenser for medical crepe paper integrated into the frame.

2. INTENDED USE

SÖHNGEN® wall mounted foldable couches for patient and disabled friendly bedding or for patient treatment. These couches are designed for professional use, preferably in first-aid and relaxation rooms in industrial or administrative offices, in sporting facilities, doctors' surgeries and other healthcare facilities. Space-saving and ideal for use even in small rooms due to being wall mounted and foldable.

The manufacturer does not accept responsibility for the use of the couch under inappropriate conditions such as:

- use by unqualified personnel
- transport of patients who should not lie down according to medical staff
- lack of compliance with health and safety regulations and measures by the users
- attaching devices which may interfere with the operation of the examination couch
- unauthorised modifications or repairs
- non-compliance with the instructions contained in this manual

3. OPERATING THE COUCH

SÖHNGEN® examination couches are delivered folded. When setting up an examination couch please follow these instructions in the order given and note the recommendations.

Set-Up Instructions SÖHNGEN® tubular steel frame examination couches:

Remove the couch from the packaging. Place the couch on the floor with the upholstered side facing down so the folded legs and the height adjustment mechanism are visible.

Height adjustment of the head piece:

The height adjustment mechanism (ratchet) is factory assembled and secured with transport locks. Please only remove the transport locks attached to the ratchet (cut the zip ties).

Height adjustment of the deck:

If the examination couch model you have chosen has a height adjustment mechanism for the deck, please follow the same instructions as for the height adjustment of the head piece.

Leg frame:

The legs of the examination couch are factory assembled with the legs screwed to the supporting frame of the deck using one screw and hex-nut each; you are required to re-affix the screw after unfolding the leg pieces.

To unfold the leg pieces, unscrew each wing nut from the screw it is attached to and pull the screws from the supporting frame. Now unfold both leg frames until fully vertical. Feed the screw through the hole in the supporting frame and the T-piece. Secure everything with the wing nut and screw tight.

Set-Up:

Now you can stand the couch on its legs. Please take a hold of both the supporting frame and the adjustable head piece or deck to avoid accidentally unfolding them while you turn the couch over.

Dispenser for rolls of medical crepe paper:

Integrated into the foot end of the couch in all models. To fill with a roll of medical crepe, remove the cap at one end of the holding pin. Now pull out the pin far enough so a roll of medical crepe can be fitted onto the holding pin from the inside. Place the roll of crepe onto the holding pin and in the desired direction for dispensing and re-insert the pin through the opening in the foot end of the couch. Secure the holding pin again with the end cap. Pull out the paper and place it over the deck of the examination couch.

Installation Guide for SÖHNGEN® Wall Mounted Foldable Couches

Please follow the following instructions when installing a wall mounted foldable couch:

- Place the couch in its desired future position (please ensure sufficient wall stability!). Decide on the orientation of the head piece (right or left) and push the couch against the wall leaving a small gap.

- Locate the wall brackets. The safety lever (A) and the three retaining bores (B) must be at the top, the rotation cylinder (C) must be at the bottom and facing inwards.



- Slot the rotation cylinders of the brackets into the longitudinal spar on the right and left of the examination couch on the wall side. Tilt the wall brackets up and push the couch against the wall at the same time.

- Make sure that the legs of the couch are fully extended, that the wall mounting brackets are correctly slotted in and are flush against the wall. Mark the location of the holes to be drilled on the wall through the bracket holes (B).

- Drill the holes for the pegs where you marked them on the wall and insert the pegs. Now firmly screw the wall brackets that you have slotted into the couch spars into the wall.



- You can now fold up the examination couch. Turn the safety levers of both wall brackets to the inside to secure the deck. Fold the legs of the couch inwards.

4. MAINTENANCE

An inappropriate use and lack of control may lead to damages on persons and objects.

Attention: Only use genuine spare parts! Replacing broken or worn original parts with replacements from a different manufacturer may affect the functionality of the examination couch and inevitably will render the guarantee void.

4.1 Safety Checks

Before you begin to use your wall mounted foldable couch and before each use, check for visible defects and stability and that the height adjustment and folding mechanism is functional. Also check that the wall brackets are firmly and correctly fixed to the wall.
Should defects occur, do not use the couch and contact customer support.

4.2 Recommendation concerning the cleaning

Clean the surface by using a sponge with water and pH neutral soap, rinse well and dry thoroughly. Do not use aggressive cleaning agents (bleach, ammonia, etc). Do not use abrasive materials (brushes, steel wool, knife blades) to remove spots.

4.3 Recommendation concerning the disinfection

After the cleaning, disinfect the examination couch with the help of a suitable agent (tested with e.g. Incidin Foam) according to the manufacturer's instruction by means of spraying or wiping.

4.4 Storage

In normal use and handling conditions, the wall

mounted foldable couche is resistant and does not corrode. It should be stored in a clean and dry place and protected against dust and dirt.

5. REGULATIONS AND STANDARDS

The SÖHNGEN® Examination Couch complies with the requirements of Regulation (EU) 2017/745 on the European Parliament and of the Council of 05. April 2017 concerning medical devices (MDR) and it is a class I medical device.

6. MARKINGS

On the underside of the couch there is an identification label containing all the CE-relevant data. This label must never be removed! The manufacturer does not acknowledge the couch without its type label and the guarantee will no longer apply.

7. ALTERATIONS

The manufacturer reserves the right to make all technical/commercial changes that are considered reasonable, at any time and without previous announcement.
The data and information listed here can thus be subject to changes and/or revisions, and illustrations and drawings may differ slightly from the product.

8. WARRANTY

The wall mounted foldable couche has been developed and manufactured for a usable life-span of several years. If malfunctions neverthe-less occur within the warranty period, and the couch has been properly used, the manufacturer undertakes to repair or replace the damaged parts free of charge, if the damage is due to premature wear due to faults in the material or production.
Parts damaged due to the following reasons are excluded from the warranty:

- insufficient adherence to the instructions listed here;
- use of inappropriate equipment for the cleaning or use of the board;
- repairs or modifications that are carried out without the explicit approval of the manufacturer;
- Replacement of parts with non-original replacement parts.

The duration of the warranty corresponds to the legal time-limit and begins with the delivery. The warranty period is not extended by repairs. In order to ascertain the causes of malfunctions and thus for the warranty to be applicable, the defective parts must be received by the customer service. The repair and replacement work is carried out in our own workshop, in authorised workshops, or on site – as the manufacturer decides. In the case of work carried out on site, the customer is to make available power sources, equipment, and assistants.

Materials and parts that are subject to normal wear and tear and materials and parts the durability of which cannot be determined in advance are excluded from the warranty.